Please read carefully and keep this package insert for future reference.

BAUSCH + LOMB

peroxi clear™

Cleaning & Disinfecting Solution

DIN 02420252
Cleans, Conditions, Removes
Protein, Disinfects, Stores
For All Soft Contact Lenses Including Silicone Hydrogel Lenses and Rigid Gas Permeable Lenses

DIRECTIONS FOR USE WITH SOFT LENSES
(also see Important Safety Information):
1. Always wash, rinse and thoroughly dry your hands before handling your lenses.
2. Check that the special lens case includes the neutralizing disc in the base.
3. Stand the case on its lid on a flat surface. Open lens baskets. Place your left and right lenses on the domes inside the baskets (left side is green and marked with the letter "L"). Close the baskets taking care not to trap the lenses.
4. Hold the lens case lid and rinse each lens for 5 seconds in the baskets with PeroxiClear over a sink or basin.
5. Fill the lens case up to the fill line with fresh PeroxiClear then immediately place the holder basket into the lens case. Screw the lid on the case and store lenses in upright case for at least 4 hours. Do not shake or invert case once filled.
6. Your lenses will be ready to wear after soaking for 4 hours.
7. Once lenses are removed from the baskets, discard any remaining solution from the lens case, rinse the case with PeroxiClear over a sink or basin, and leave the lid off the case to air dry.
8. If desired, each side of the lens may be rinsed for 5 seconds (for a total of 10 seconds) with a sterile saline prior to inserting.

DIRECTIONS FOR USE WITH RIGID GAS PERMEABLE LENSES - RGP
(also see Important Safety Information):
1. Always wash, rinse and thoroughly dry your hands before handling your lenses.
2. Check that the special lens case includes the neutralizing disc in the base.
3. Stand the case on its lid on a flat surface. Open lens baskets. Place your left and right lenses on the domes inside the baskets (left side is green and marked with the letter "L"). Close the baskets taking care not to trap the lenses.
4. After both lenses are removed from the eyes, take each lens from its holder and place into the palm of your hand. Apply 2 - 4 drops of PeroxiClear and gently rub lenses for 5 seconds on each side.
5. Return lenses to the appropriate basket, taking care not to trap the lens.
6. Hold the lens case lid and rinse each lens for 5 seconds in the baskets with PeroxiClear over a sink or basin.
7. Fill the lens case up to the fill line with fresh PeroxiClear then immediately place the holder basket into the lens case. Screw the lid on the case and store lenses in upright case for at least 4 hours. Do not shake or invert case once filled.
8. Your lenses will be ready for wear after soaking for 4 hours.
9. Once lenses are removed from the baskets, discard any remaining solution from the lens case, rinse the case with PeroxiClear over a sink or basin, and leave the lid off the case to air dry.
10. Some RGP users may experience a mild, temporary skin discoloration (bleaching) to their fingers or hands while rubbing their lenses. Always wash and rinse your hands after rubbing your lenses with PeroxiClear.
11. If desired, each side of the lens may be rinsed for 5 seconds (for a total of 10 seconds) with a sterile saline prior to inserting.

Always follow your eye care professional's instructions. Based upon your individual tear chemistry and lens-wearing schedule, your eye care professional may recommend additional products or procedures.
Always follow the instructions for use and allow to soak for at least 4 hours. Do not rinse lenses with PeroxiClear before inserting in eyes, or burning and stinging will result. If you accidentally get unneutralized PeroxiClear in your eyes, remove lenses immediately and flush eyes with large amounts of water or sterile saline. If burning or irritation continues, seek help from an eye care professional.
If not wearing contact lenses immediately, store in unopened lens case. Do not store your lenses in saline, as saline will not disinfect.
You may store your lenses for a maximum of 7 days in the unopened lens case. If stored longer than 7 days before wear, you must repeat the cleaning and disinfecting cycle prior to wearing your lenses.
Actions: When PeroxiClear is added to the special lens case, the neutralizing disc causes a distinctive fizzing action, effectively cleaning, disinfecting, and removing protein from all soft contact lenses. After four (4) hours the peroxide solution is completely neutralized into a preservative free saline solution and your lenses are ready to use.

Indications (Uses):
Bausch + Lomb PeroxiClear™ Cleaning and Disinfecting Solution is indicated for the daily cleaning, removal of protein deposits, disinfection, and storage of soft (hydrophilic) contact lenses (including silicone hydrogel) and rigid gas permeable contact lenses, as recommended by your eye care practitioner.

WARNINGS AND PRECAUTIONS:
PROBLEMS WITH CONTACT LENSES AND LENS CARE PRODUCTS COULD RESULT IN SERIOUS INJURY TO THE EYE.
It is essential that you follow your eye care professional's directions and all labelling instructions for proper use and care of your lenses and lens care products, including the lens case. Eye problems, including corneal ulcers, can develop rapidly and lead to loss of vision. Daily wear lenses are not indicated for overnight wear and should not be worn while sleeping. Clinical studies have shown the risk of serious adverse reactions is increased when these lenses are worn overnight. Extended wear lenses should be regularly removed for cleaning and disinfection or for disposal and replacement on the schedule prescribed by your eye care professional. Clinical studies have shown that there is an increased incidence of serious adverse reactions in extended wear contact lens users as compared to daily wear contact lens users. Studies have also shown that the risk of serious adverse reactions increases the longer extended wear lenses are worn before removal for cleaning and disinfection or for disposal and replacement. Studies have also shown that smokers have a higher incidence of adverse reactions. If you experience eye discomfort, excessive tearing, vision changes, redness of the eye, immediately remove your lenses and promptly contact your eye care professional. It is recommended that contact lens wearers see their eye care professional twice each year, or if directed, more frequently.
Failure to discard solution from lens case after each use or use of water to care for your lenses may lead to contamination resulting in eye infection, eye injury, and potential loss of vision.
Important Safety Information:
- **Do not use flat lens case. Always use the enclosed special lens case and neutralizing disc with PeroxiClear.**
- **NEVER insert PeroxiClear Solution directly into the eye. DO NOT place your lens into the eye until complete neutralization of the solution has occurred (minimum 4 hours).**
- **Do not rinse lenses with PeroxiClear solution prior to inserting lenses into your eyes. If you want to rinse your lenses, use a sterile saline solution.**
- **If irritation develops with the use of this product, discontinue use and consult your eye care practitioner.**
- **Do not touch tip of the bottle to any surface since this may contribute to contamination of the solution.**
- **Always keep the bottle tightly closed**
- **Do not reuse or "top off" old solution left in your lens case. "Topping off" is the addition of fresh solution to the used solution that has been sitting in your lens case.**
- **Always discard any remaining solution from lens case after each use.**
- **Do not use water to care for your lenses.**
- **PeroxiClear <u>IS NOT</u> a multi-purpose solution.**
- **Not for use with heat (thermal) disinfection.**

FAILURE TO FOLLOW THESE WARNINGS MAY LEAD TO CONTAMINATION RESULTING IN SERIOUS EYE INFECTIONS OR INJURY AND POTENTIAL LOSS OF VISION.
Precautions:
- Always discard solution from lens case after each use.
- Keep the bottle tightly closed when not in use.
- Store at room temperature (15°C to 30°C). Do not freeze.
- Use before the expiration date marked on the carton and bottle.
- Discard bottle and lens case 90 days after opening or after 35 uses, whichever occurs first.
- Keep out of reach of children.

Do not mix or substitute other lens care hydrogen peroxide products or lens cases. Do not use any other disinfection solutions in the lens case. DO NOT USE OVER-THE-COUNTER GENERIC HYDROGEN PEROXIDE. Generic hydrogen peroxide solutions are not intended for ophthalmic use and may contain ingredients not tested for ocular safety or toxicity. Generic hydrogen peroxide may contain ingredients that cause DISCOLORATION OR DAMAGE YOUR CONTACT LENSES.
Adverse Reactions (Problems and What To Do): The following problems may occur: eyes sting, burn or itch (irritation), comfort is less than when lens was first placed on the eye, feeling of something in the eye (foreign body, scratched area), excessive watering (tearing) of the eye, unusual eye secretions, redness of the eye, reduced sharpness of vision (poor visual acuity), blurred vision, rainbows or halos around objects, sensitivity to light (photophobia), or dry eyes.
If you notice any of the above: **IMMEDIATELY remove your lenses.**
- If the discomfort or problem stops, then look closely at the lens. If the lens is in any way damaged, do not put the lens back on your eye. Place the lens in the storage case and contact your eye care professional.
- If the lenses appear to be undamaged, repeat the cleaning and disinfection process and reinsert them.
- If the lens has dirt, an eyelash, or other foreign body on it, or the problem stops and the lens appears undamaged, clean them again by repeating the instructions for usage to thoroughly clean, rinse, and disinfect the lens.
- If the problem continues, immediately remove the lens and consult your eye care professional.

If any of the above symptoms occur, a serious condition such as infection, corneal ulcer, neovascularization or iritis may be present. Seek immediate professional identification of the problem and prompt treatment to avoid serious eye damage.
Good Lens Care Hygiene:
- Always wash, rinse, and thoroughly dry your hands before you handle your lenses.
- Clean, rinse, and disinfect your lenses each time you remove them.
- Always handle the same lens, the right or the left, first in order to avoid mix ups.
- After use, always empty and rinse the lens case with fresh PeroxiClear and allow to air dry.

Bottles and cartons are marked with a lot number and expiration date. A new lens case is supplied with each purchase. TAMPER RESISTANT: Do not use if safety seal around the bottle cap is broken or missing.
To report an adverse event or need additional product information call 1-888-459-5000

®/TM are trademarks of Bausch & Lomb Incorporated or its affiliates.
©Bausch & Lomb Incorporated

Manufactured by:
Bausch & Lomb
Rochester, NY 14609

Made in the USA

Imported by:
Bausch & Lomb Canada Inc.
Vaughan, ON L4K 4B4
www.bausch.ca

Veuillez lire attentivement cette notice d'emballage et la conserver pour référence ultérieure.

BAUSCH + LOMB

peroxi clear™

Solution de nettoyage et de désinfection

DIN 02420252
Nettoie, conditionne, élimine les protéines, désinfecte, entrepose
Pour toutes les lentilles cornéennes souples, y compris les lentilles en silicone hydrogel et les lentilles cornéennes rigides perméables aux gaz

MODE D'EMPLOI AVEC DES LENTILLES CORNÉENNES SOUPLES
(consultez également les renseignements importants sur la sécurité) :
1. Toujours laver, rincer et sécher vos mains à fond avant de manipuler vos lentilles.
2. Vérifiez que l'étui à lentilles spécial comprend le disque de neutralisation dans la base.
3. Placez l'étui sur son couvercle sur une surface plane. Ouvrez les paniers à lentilles. Placez vos lentilles gauches et droites sur les dômes à l'intérieur des paniers (le côté gauche est vert et marqué de la lettre « L »). Fermez les paniers en prenant soin de ne pas coincer les lentilles.
4. Tenez le couvercle de l'étui à lentilles et rincez chaque lentille pendant cinq secondes dans les paniers avec la solution PeroxiClear au-dessus d'un évier ou d'une cuvette.
5. Remplissez l'étui à lentilles jusqu'à la ligne de remplissage avec une solution PeroxiClear fraîche et placez ensuite immédiatement le panier de soutien dans l'étui à lentilles. Vissez le couvercle sur l'étui et entreposez les lentilles dans l'étui plat pendant au moins quatre heures. Ne pas agiter ou inverser l'étui une fois rempli.
6. Vos lentilles seront prêtes à porter après avoir trempé pendant quatre heures.
7. Une fois les lentilles retirées des paniers, jetez toute solution restante de l'étui à lentilles, rincez l'étui avec la solution PeroxiClear au-dessus d'un évier ou d'une cuvette, et ne remettez pas le couvercle pour permettre un séchage à l'air.
8. Si vous le souhaitez, vous pouvez rincer chaque côté des lentilles pendant cinq secondes (pour un total de dix secondes) avec une solution saline stérile avant de les mettre.

MODE D'EMPLOI AVEC DES LENTILLES CORNÉENNES RIGIDES PERMÉABLES AUX GAZ
(consultez également les renseignements importants sur la sécurité) :
1. Toujours laver, rincer et sécher vos mains à fond avant de manipuler vos lentilles.
2. Vérifiez que l'étui à lentilles spécial comprend le disque de neutralisation dans la base.
3. Placez l'étui sur son couvercle sur une surface plane. Ouvrez les paniers à lentilles. Placez vos lentilles gauches et droites sur les dômes à l'intérieur des paniers (le côté gauche est vert et marqué de la lettre « L »). Fermez les paniers en prenant soin de ne pas coincer les lentilles.
4. Après avoir retiré les deux lentilles des yeux, retirez chaque lentille de son support et placez-la dans la paume de votre main. Appliquez de deux à quatre gouttes de solution PeroxiClear et frottez doucement la lentille pendant cinq secondes de chaque côté.
5. Remettez la lentille dans le panier approprié, en prenant soin de ne pas coincer la lentille.
6. Tenez le couvercle de l'étui à lentilles et rincez chaque lentille pendant cinq secondes dans les paniers avec la solution PeroxiClear au-dessus d'un évier ou d'une cuvette.
7. Remplissez l'étui à lentilles jusqu'à la ligne de remplissage avec une solution PeroxiClear fraîche et placez ensuite immédiatement le panier de soutien dans l'étui à lentilles. Vissez le couvercle sur l'étui et entreposez les lentilles dans l'étui à plat pendant au moins quatre heures. Ne pas agiter ou inverser l'étui une fois rempli.
8. Vos lentilles seront prêtes à porter après avoir trempé pendant quatre heures.
9. Une fois les lentilles retirées des paniers, jetez toute solution restante de l'étui à lentilles, rincez l'étui avec la solution PeroxiClear au-dessus d'un évier ou d'une cuvette, et ne remettez pas le couvercle pour permettre un séchage à l'air.
10. Quelques utilisateurs de lentilles RPG peuvent éprouver une légère décoloration temporaire de la peau (éclaircissement) de leurs doigts ou des mains lorsqu'ils frottent leurs lentilles. Lavez et rincez toujours vos mains après avoir frotté vos lentilles avec la solution PeroxiClear.
11. Si vous le souhaitez, vous pouvez rincer chaque côté des lentilles pendant cinq secondes (pour un total de dix secondes) avec une solution saline stérile avant de les mettre.

Suivez toujours les recommandations de votre professionnel de la vue. Selon la composition chimique de vos larmes et votre horaire de port de lentilles cornéennes, il est possible que votre professionnel de la vue suggère d'autres produits ou procédures.
Suivez toujours les instructions d'utilisation et laissez tremper pendant au moins quatre heures. Ne rincez pas les lentilles avec la solution PeroxiClear avant de les insérer dans les yeux, sinon il en résultera des sensations de brûlure et de picotements. Si vous recevez accidentellement de la solution PeroxiClear non neutralisée dans les yeux, retirez immédiatement vos lentilles et rincez vos yeux avec de grandes quantités d'eau ou de solution saline stérile. Si la sensation de brûlure ou d'irritation continue, demandez l'aide d'un professionnel de la vue.
Si vous ne portez pas les lentilles immédiatement, rangez-les dans l'étui à lentilles non ouvert. N'entreposez pas vos lentilles dans une solution saline, car une solution saline ne désinfecte pas.
Vous pouvez entreposer vos lentilles pour un maximum de sept jours dans l'étui à lentilles non ouvert. Si vous les entreposez pendant plus de sept jours avant de les porter, vous devez répéter le cycle de nettoyage et de désinfection avant de porter vos lentilles.
Action : Lorsque vous ajoutez de la solution PeroxiClear à l'étui à lentilles spécial, le disque de neutralisation cause une action pétillante distincte, qui nettoie et désinfecte efficacement les lentilles souples, tout en éliminant les protéines. Après quatre (4) heures, la solution de peroxyde est complètement neutralisée en une solution saline sans agents de conservation et vos lentilles sont prêtes à être utilisées.

Indications (utilisations) :
La solution de nettoyage et de désinfection PeroxiClear[MC] de Bausch + Lomb est indiquée pour le nettoyage quotidien, l'élimination des dépôts de protéines, la désinfection et l'entreposage des lentilles cornéennes souples (hydrophiles) (notamment les lentilles en silicone hydrogel) et les lentilles cornéennes rigides perméables aux gaz, selon les recommandations de votre professionnel de la vue.

AVERTISSEMENTS ET PRÉCAUTIONS :
LES PROBLÈMES ASSOCIÉS AU PORT DE LENTILLES CORNÉENNES ET AUX PRODUITS D'ENTRETIEN POURRAIENT PROVOQUER DES LÉSIONS OCULAIRES GRAVES.
Il est primordial de respecter les instructions de votre professionnel de la vue ainsi que les indications figurant sur l'emballage pour une utilisation et un entretien appropriés des lentilles et des produits correspondants, y compris l'étui à lentilles. Les problèmes oculaires, y compris les ulcères cornéens, peuvent se développer rapidement et provoquer la cécité. Les lentilles quotidiennes ne sont pas indiquées pour le port pendant toute la nuit et ne devraient pas être portées en dormant. Des études cliniques ont démontré que le risque d'effets indésirables graves augmente lorsque ces lentilles sont portées pendant la nuit. Les lentilles à port prolongé doivent être retirées régulièrement pour le nettoyage et la désinfection, ou pour leur remplacement, conformément à l'horaire prescrit par votre professionnel de la vue. Des études cliniques ont démontré que les utilisateurs de lentilles cornéennes à port prolongé courent un plus grand risque de subir des effets indésirables que les utilisateurs de lentilles quotidiennes. D'autres études ont démontré que le risque d'effets indésirables graves augmente avec le prolongement du port des lentilles cornéennes à port prolongé avant leur retrait pour le nettoyage, la désinfection ou le remplacement. Des études ont aussi démontré que les fumeurs courent un plus grand risque de souffrir d'effets indésirables. En cas d'inconfort des yeux, de larmoiement excessif, de changement de votre vision ou de rougeurs, retirez immédiatement vos lentilles cornéennes et communiquez sans attendre avec votre professionnel de la vue. Selon les recommandations, les porteurs de lentilles cornéennes devraient consulter leur professionnel de la vue deux fois par année ou plus souvent, selon le cas.
Si vous ne videz pas l'étui à lentilles après chaque utilisation ou si vous utilisez de l'eau pour l'entretien de vos lentilles, il existe un risque de contamination qui peut entraîner une infection et une lésion des yeux et une perte possible de la vue.
Renseignements importants sur la sécurité :
- **Ne pas utiliser un étui à lentilles plat. Toujours utiliser l'étui à lentilles spécial et le disque de neutralisation ci-joints avec la solution PeroxiClear.**
- **NE JAMAIS insérer la solution PeroxiClear directement dans l'œil. NE PAS placer vos lentilles dans l'œil avant que la solution ne soit complètement neutralisée (au moins quatre heures).**
- **Ne pas rincer les lentilles avec la solution PeroxiClear avant d'insérer les lentilles dans les yeux. Si vous voulez rincer les lentilles, utilisez une solution saline stérile.**
- **En cas d'irritation à la suite de l'utilisation de ce produit, cessez son utilisation et consultez votre professionnel de la vue.**
- **Ne laissez pas l'embout de la bouteille toucher une quelconque surface, car cela pourrait contribuer à la contamination de la solution.**
- **Gardez toujours la bouteille bien fermée.**
- **Ne réutilisez pas de vieille solution qui reste dans votre étui à lentilles ou n'en ajoutez pas pour la « compléter ». « Compléter » est l'ajout d'une solution fraîche à la solution usée qui reste dans votre étui à lentilles.**
- **Videz toujours la solution restante de l'étui à lentilles après chaque utilisation.**
- **N'utilisez pas de l'eau pour l'entretien de vos lentilles**
- **PeroxiClear N'EST PAS une solution polyvalente.**
- **Ne peut être utilisée conjointement avec un processus de désinfection thermique (à la chaleur).**

LE NON-RESPECT DE CES AVERTISSEMENTS PEUT MENER À UNE CONTAMINATION QUI SE TRADUIRA PAR DE GRAVES INFECTIONS OU LÉSIONS DES YEUX ET UNE PERTE POSSIBLE DE LA VUE.
Précautions :
- Toujours vider l'étui à lentilles après chaque utilisation.
- Garder la bouteille bien fermée lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Conserver à la température ambiante (15 °C à 30 °C). Ne pas congeler
- Utiliser avant la date de péremption indiquée sur la boîte et la bouteille.
- Jeter la bouteille et l'étui à lentilles 90 jours après l'ouverture ou après 35 utilisations, selon la première éventualité.
- Garder hors de la portée des enfants.

Ne pas mélanger ou substituer d'autres produits d'entretien des lentilles à base de peroxyde d'hydrogène ou étuis à lentilles. Ne pas utiliser d'autres solutions désinfectantes dans l'étui à lentilles. NE PAS UTILISER DU PEROXYDE D'HYDROGÈNE GÉNÉRIQUE EN VENTE LIBRE. Les solutions génériques de peroxyde d'hydrogène ne sont pas destinées à un usage ophtalmologique et peuvent contenir des ingrédients non vérifiés pour la sécurité ou la toxicité oculaires. Le peroxyde d'hydrogène générique peut contenir des ingrédients qui causent une DÉCOLORATION OU DES DOMMAGES À VOS LENTILLES CORNÉENNES.
Effets indésirables (Problèmes et solutions) : Les problèmes suivants peuvent survenir : sensation de picotement, de brûlure ou de démangeaison aux yeux (irritation), confort inférieur en comparaison au moment où la lentille a été placée la première fois dans l'œil, impression que quelque chose se trouve dans l'œil (corps étranger, région égratignée), écoulement excessif (larmoiement) de l'œil, sécrétions oculaires inhabituelles, rougeur de l'œil, diminution de l'acuité visuelle (mauvaise vision), vision floue, présence d'arcs-en-ciel ou de halos autour des objets, sensibilité à la lumière (photophobie) ou sécheresse des yeux.
Si vous remarquez l'un ou l'autre des problèmes précédents :
Retirez IMMÉDIATEMENT vos lentilles.
- Si l'inconfort ou le problème cesse lorsque vous retirez vos lentilles, examinez attentivement celles-ci. Si les lentilles sont endommagées, ne les remettez pas sur vos yeux. Rangez les lentilles dans leur étui et communiquez avec votre professionnel de la vue.
- Si les lentilles paraissent intactes, répétez le processus de nettoyage et de désinfection et remettez-les.
- Si la lentille présente une saleté, un cil ou un corps étranger, ou si le problème cesse lors du retrait et que la lentille paraît intacte, nettoyez-les de nouveau en répétant le mode d'emploi pour nettoyer, rincer et désinfecter correctement la lentille.
- Si le problème persiste, retirez la lentille sans attendre et consultez votre professionnel de la vue.

Si l'un ou l'autre des symptômes précédents survient, il peut être associé à un trouble grave comme une infection, un ulcère cornéen, une néovascularisation ou une iritis. Consultez immédiatement un professionnel pour identifier le problème et le traiter pour éviter toute lésion oculaire grave.
Hygiène appropriée pour l'entretien des lentilles :
- Lavez, rincez et séchez toujours vos mains à fond avant de manipuler vos lentilles.
- Nettoyez, rincez et désinfectez vos lentilles chaque fois que vous les retirez.
- Manipulez toujours la même lentille en premier, la droite ou la gauche, pour éviter toute confusion.
- Videz et rincez toujours l'étui à lentilles après chaque utilisation avec une solution fraîche de PeroxiClear et laissez sécher à l'air.

Les bouteilles et les boîtes sont marquées d'un numéro de lot et d'une date d'expiration. Un nouvel étui à lentilles est fourni avec chaque achat. CAPSULE D'INVIOLABILITÉ : Ne pas utiliser si le sceau de sécurité autour du bouchon de la bouteille est brisé ou absent.
Pour signaler un effet indésirable ou pour d'autres renseignements sur le produit, appelez le 1-888-459-5000

MD/MC sont des marques de commerce de Bausch & Lomb Incorporated ou de ses filiales.
©Bausch & Lomb Incorporated

Fabriqué par :
Bausch & Lomb
Rochester, NY 14609

Fabriqué aux États-Unis

Importé par :
Bausch & Lomb Canada Inc.
Vaughan, ON L4K 4B4
www.bausch.ca